



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

Szczecin 29.04.2022 r.

Znak sprawy: WZZ-04-702-04/22.

Dotyczy: Zapytania ofertowego 04/2022 o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych pn.: „Świadczenie usług w zakresie wykonywania testów podstawowych i specjalistycznych Aparatów RTG dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zapytaniu ofertowym wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1 dotyczy załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

W załączniku nr 2 brakuje testów przy dwóch aparatach.

Zakres testów podstawowych dla aparatów RTG z ramieniem C i angiografu:

- Kratka rozproszeniowa
- Zniekształcenia obrazu
- Zegar
- Rozdzielczość wysoko
kontrastowa toru wizyjnego
- Powtarzalność ekspozycji/dawki

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający uzupełnił załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Załącznik po modyfikacji został zamieszczony na stronie internetowej przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 2 dotyczy zapisów (§4, pkt. 4 i 5 wzoru umowy.

Zapytanie ofertowe dotyczy tylko wykonania testów podstawowych i specjalistycznych, proszę o wykreślenie z umowy punktów dotyczących analizy zdjęć odrzuconych (§4, pkt. 4 i 5).

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wykreśla z zapisów umowy w § 4, ust. 4 i 5.

Pytanie nr 3 dotyczy art. 33l. pkt. 8 ustawy Prawo Atomowe.

Zgodnie z Art. 33l. pkt. 8 ustawy Prawo Atomowe z dn. 29 listopada 2000 r. (Dz. U. 2001 Nr 3 poz. 18, tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 1941)

„Testy podstawowe urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych stosowanych w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub medycyny nuklearnej, są wykonywane przez osoby upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia do obsługi urządzeń radiologicznych.”

Wobec powyższego, ewentualny wybór wykonawcy (firmy zewnętrznej) niebędącego „osobą upoważnioną do obsługi urządzeń radiologicznych” do wykonywania testów podstawowych nie prowadzi do spełnienia wymogów obowiązującego prawa.

Odpowiedź nr 3:

Kierownik Zakładu udzieli stosownego upoważnienia do obsługi urządzeń radiologicznych wykonawcy wyłonionemu w wyniku postępowania.

**Dyrektor
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
dr Elżbieta Kasprzak**

